OTOSKOP PRO KONTROLU A ČISTĚNÍ UCHA
TESLONG SMART OTOSCOPE WIFI

Model: SA39W



Uživatelský manuál

Obecné informace
Pozorně si přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci. Odpovědnost za škody způsobené při nedodržení manuálu nenese výrobce ani dodavatel.

Údržba
K čistění použijte vlhký nebo lehce namočený hadřík v saponátu. Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, prosím plně ho nabijte.

Přenos/přesun
Pokud bude potřeba zařízení přenášet/převážet, skladujte ho prosím ve vhodné krabičce. Jinak hrozí riziko poškození přístroje.

Likvidace
Elektrické zařízení likvidujte podle platných norem.

Popis



© Sunnysoft s.r.o., distributor

1 Kamera/LED: LED se rozsvítí ve chvíli, když je zařízení zapnuto.
2 Indikátor stavu baterie: Zařízení nabijte ve chvíli, kdy LED indikátor bude ukazovat nejnižší hodnotu.
3 Tlačítko zapnout/vypnout: Dlouze stiskněte tlačítko a zapněte/vypněte zařízení.
4 Mikro USB nabíjecí port: 5V/1A nebo 5V/2A nabíjecí port.

Aplikace

1. V internetovém obchodě Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS) vyhledejte aplikaci Smart Endoscope a nainstalujte ji. Odkaz na stažení aplikace: https://gto.so/smart-endoscope.



2. Vyberte kukátko nebo ušní nástavec a nainstalujte ho na zařízení.

3. Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení zapněte.

LED indikátor se při zapnutí zařízení rozsvítí

4. V mobilním telefonu otevřete wifi nastavení. Spojte telefon se zařízením „Smart Otoscope“.



5. Poté otevřete aplikaci. Aplikaci využijte ke sledování vnitřního prostředí ucha v reálném čase.



Fotografie – zachycení

Nahrávání videa

Album

Porovnání obrázků

Otočení

Popis

Otoskop je snadno přenositelné, do ruky padnoucí zařízení schopné pořídit video s krátkou ohniskovou vzdáleností. Je kompatibilní s iPhonem, iPadem a Androidem. Vysoké rozlišení kamery poskytuje video o velmi dobré kvalitě. 6 LED světel napomáhá k lepšímu osvětlení a lepší vizualizaci zorného pole.

Bezpečnost

1. Vyberte vhodné kukátko a nasaďte ho na hlavu zařízení. Kukátko nasaďte správně, jinak hrozí riziko poranění během používání.
2. Před použitím očistěte tělo zařízení 75 % alkoholem. Nástavce desinfikujte horkou párou při teplotě 273 F 10 min.
3. Zařízení není určené pro uživatele s mentálními, fyzickými nebo motorickými potížemi.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

4. Endoskop slouží k odstranění ušního mazu a k prozkoumání stavu bubínku. Nepoužívejte zařízení k jinému účelu. Výrobce/prodejte neručí/nenese zodpovědnost za vniklé škody nebo újmy na zdraví.
5. Při vkládání nástavce do ucha, buďte opatrní (vkládejte pomalu a opatrně). Jinak hrozí riziko poškození sluchu. Během používání, seďte v klidu. Nepohybujte prudce hlavou. Nezavádějte endoskop ve zvukovodu příliš daleko. Zařízení není náhrada za odborného lékaře. Při bolestech ucha, problémech se sluchem nebo jiných obtížích ihned vyhledejte lékařkou péči/lékaře.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení není hračka.
7. Endoskop smí používat pouze dospělé osoby, které si důkladně přečetli uvedený manuál. Zamezte během používání kontaktu s jinou osobou.
8. Endoskop používejte pouze při pokojové teplotě. Nevystavujte/nepoužívejte zařízení extrémním teplotám, prašnému prostředí a vysoké vlhkosti. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
9. Pokud bude zařízení vykazovat nějaké abnormality/přehřívání, přestaňte zařízení ihned používat. Jinak hrozí riziko poranění. Kontaktujte prosím servisní pracoviště/prodejce.
10. Zařízení nevkládejte do vody, ani jiných korozivních kapalin. Otírejte ho pouze suchým, případně vlhkým hadříkem (utřete do sucha).
11. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Nevhazujte zařízení do ohně. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo riziko požáru.

Specifikace
Síť: IEEE 802.11 b/g/n
Anténa: IPEX zabudovaná anténa
Pracovní frekvence: 2.4 GHz
Rychlost dat: 802.11a/b/g/n až do 150 Mbps
Průměr kamery: 3.9 mm
Pozorovací úhel: 70°
Hloubka pole: 10 – 30 mm
Zdroj světla kamery: 6 LED
Vstup: 5V/1A
Typ baterie: 800 mAh lithiová baterie
Životnost baterie: 3 h

Upozornění:
Pokud se obraz během používání sekne, restartujte aplikaci.
Pokud nepůjde zařízení zapnout nebo vypnout, zřejmě je slabá baterie, zařízení nabijte.
Pro zachování kvalitního obrazu a udržení zařízení v dobrém stavu, postupujte podle uvedených kroků:
Po každém použití nástavce očistěte. Před každým použitím také. Tím zajistíte, že se na objektivu kamery nebude usazovat ušní maz.
Ohniskovou vzdálenost zachovejte 1 palec, tím získáte kvalitní obraz.
Pokud zastrčíte otoskop příliš daleko, hrozí riziko rozmazání obrazu
Ušní kanál není rovný, vkládejte zařízení velice pomalu a opatrně.

Napájení
Před vložením zařízení do zásuvky, ujistěte se, že máte vhodné napětí.
Použijte pouze AC adaptér. Nabíjejte zařízení v dobře větrané místnosti (na stole, na podlaze).
Adaptér může být během nabíjení teplý.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

www.sunnysoft.cz

Otoskop zur Ohrenuntersuchung und -reinigung

TESLONG SMART OTOSCOPE

W-LAN

Modell: SA39W



Benutzerhandbuch

allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Weder der Hersteller noch der Lieferant haften für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen.

Wartung

Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes oder leicht angefeuchtetes Tuch mit etwas Reinigungsmittel. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte vollständig auf.

Transfer/Verschieben

Falls das Gerät transportiert werden muss, bewahren Sie es bitte in einer geeigneten Box auf. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird.

Entsorgung

Elektrische Geräte sind gemäß den geltenden Normen zu entsorgen.

Beschreibung



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

1 Kamera/LED: Die LED leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

2. Akkuanzeige: Laden Sie das Gerät auf, wenn die LED-Anzeige leuchtet.
wird den niedrigsten Wert anzeigen.

3. Ein-/Ausschalter: Zum Ein-/Ausschalten den Knopf lange drücken.
Gerät.

4 Micro-USB-Ladeanschluss: 5V/1A oder 5V/2A Ladeanschluss.

Anwendung

1. Im Google Play Store (Android) oder im Apple Store
(iOS) Suchen Sie nach der Smart Endoscope App und installieren Sie sie. Link zu

2. Wählen Sie ein Guckloch oder einen Ohrhörer
aus und installieren Sie ihn am Gerät.



3. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät
einzuschalten.

EIS

Die Kontrollleuchte
leuchtet auf, wenn
das Gerät
eingeschaltet wird.

4. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf
Ihrem Mobiltelefon. Verbinden Sie das Telefon
mit dem Gerät „Smart Otoscope“.





5. Öffnen Sie anschließend die App. Nutzen
Sie die App, um die Umgebung im
Innenohr in Echtzeit zu überwachen.

Beschreibung

Das Otoskop ist ein handliches Gerät für den mobilen Einsatz und ermöglicht Videoaufnahmen mit kurzer Brennweite. Es ist kompatibel mit iPhone, iPad und Android-Geräten. Die hohe Auflösung der Kamera sorgt für eine sehr gute Videoqualität. Sechs LEDs gewährleisten eine optimale Ausleuchtung und Sicht im Sichtfeld.

Sicherheit

1. Wählen Sie ein geeignetes Okular und befestigen Sie es am Gerätekopf. Achten Sie auf die korrekte Befestigung des Okulars, da sonst Verletzungsgefahr besteht.
2. Reinigen Sie das Gerätegehäuse vor Gebrauch mit 75%igem Alkohol. Desinfizieren Sie die Aufsätze 10 Minuten lang mit heißem Dampf bei 134 °C (273 °F).
3. Das Gerät ist nicht für Benutzer mit geistigen, körperlichen oder motorischen Behinderungen bestimmt.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

4. Das Endoskop dient der Entfernung von Ohrenschmalz und der Untersuchung des Trommelfells. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke. Der Hersteller/Verkäufer haftet nicht für Schäden oder gesundheitliche Beeinträchtigungen.
5. Führen Sie den Ohrhörer vorsichtig und langsam ins Ohr ein. Andernfalls besteht die Gefahr einer Gehörschädigung. Sitzen Sie während der Anwendung ruhig. Bewegen Sie Ihren Kopf nicht ruckartig. Führen Sie das Endoskop nicht zu tief in den Gehörgang ein. Das Gerät ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Bei Ohrenschmerzen, Hörproblemen oder anderen Beschwerden suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

6. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Gerät ist kein Spielzeug.
7. Das Endoskop darf nur von Erwachsenen verwendet werden, die die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen haben. Vermeiden Sie während der Anwendung den Kontakt zu anderen Personen.
8. Verwenden Sie das Endoskop nur bei Raumtemperatur.
Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, staubigen Umgebungen und hoher Luftfeuchtigkeit aus. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird.
9. Sollte das Gerät Anzeichen einer Fehlfunktion oder Überhitzung aufweisen, stellen Sie die Benutzung sofort ein. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr. Bitte wenden Sie sich an das Servicecenter oder Ihren Händler.
10. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere ätzende Flüssigkeiten. Wischen Sie es nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab (anschließend trockenwischen).
11. Das Gerät darf nicht auseinandergenommen oder manipuliert werden. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder eines Brandes.

Spezifikationen

Netzwerk: IEEE 802.11 b/g/n
Antenne: IPEX-integrierte Antenne
Betriebsfrequenz: 2,4 GHz
Datenrate: 802.11a/b/g/n bis zu 150 Mbit/s
Kameradurchmesser: 3,9 mm
Betrachtungswinkel: 70°
Schärfentiefe: 10 – 30 mm
Lichtquelle der Kamera: 6 LEDs
Eingang: 5 V/1 A
Batterietyp: 800-mAh-Lithium-Batterie
Akkulaufzeit: 3 Stunden

Hinweis: Sollte das Bild während der Nutzung einfrieren, starten Sie die Anwendung neu.
Lässt sich das Gerät nicht ein- oder ausschalten, ist wahrscheinlich der Akku schwach; laden Sie das Gerät auf.
Um die Bildqualität zu erhalten und das Gerät in einwandfreiem Zustand zu halten, befolgen Sie bitte diese Schritte: Reinigen Sie die Aufsätze nach jeder Benutzung. Auch vor jeder Benutzung. Dadurch wird verhindert, dass sich Ohrenschmalz auf der Kameralinse ablagert.
Um ein qualitativ hochwertiges Bild zu erhalten, sollte die Brennweite 1 Zoll betragen.
Wenn Sie das Otoskop zu tief einführen, besteht die Gefahr, dass das Bild unscharf wird. Der Gehörgang ist nicht gerade; führen Sie das Gerät daher sehr langsam und vorsichtig ein.

Stromversorgung

Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung korrekt ist.
Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil. Laden Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum (auf einem Tisch, auf dem Boden).
Der Adapter kann sich während des Ladevorgangs erwärmen.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

www.sunnysoft.cz

OTOSZKÓP FÜLVIZSGÁLATHOZ ÉS TISZTÍTÁSHOZ

TESLONG OKOS OTOSZKÓP

WIFI

Modell: SA39W



Felhasználói kézikönyv

Általános információk

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Sem a gyártó, sem a szállító nem felelős a kézikönyv be nem tartásából eredő károkért.

Karbantartás

Tisztításhoz használjon nedves vagy enyhén benedvesített, mosószeres kendőt. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kérjük, töltse fel teljesen.

Áthelyezés/Áthelyezés

Ha a készüléket szállítani/hordozni kell, kérjük, megfelelő dobozban tárolja. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Ártalmatlanítás

Az elektromos berendezéseket a vonatkozó szabványoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Leírás



© Sunnysoft sro, forgalmazó

www.sunnysoft.cz

1 Kamera/LED: A LED világít, amikor a készülék be van kapcsolva.

2 Akkumulátor: Töltse fel a készüléket, amikor a LED-jelzőfény a legalacsonyabb értéket fogja mutatni.

3 Be/Ki gomb: Nyomja meg hosszan a gombot a be-/kikapcsoláshoz eszköz.

4 Micro USB töltőport: 5V/1A vagy 5V/2A töltőport.

Alkalmazás

1. A Google Play online áruházban (Android) vagy az Apple Store-ban (iOS) keresse meg a Smart Endoscope alkalmazást, és telepítse. Link a következőhöz:

2. Válasszon ki egy kukucskálót vagy fülhallgatót, és helyezze fel a készülékre.



3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot.

JÉG

A jelzőfény világít, amikor a készülék be van kapcsolva.

4. Nyissa meg a mobiltelefonján a wifi beállításokat. Csatlakoztassa a telefont az „Okos otoszkóp” eszközhöz.



5. Ezután nyissa meg az alkalmazást. Az alkalmazás segítségével valós időben figyelheti a belső fül környezetét.



Fotók – elfog

Felvétel videók

Album

Összehasonlítás képek

Fordulat

Leírás

Az otoszkóp egy könnyen hordozható, kézi eszköz, amely képes rövid fókuszú videók rögzítésére. Kompatibilis iPhone, iPad és Android készülékekkel. A kamera nagy felbontása nagyon jó minőségű videót biztosít. A 6 LED-es lámpa jobb megvilágítást és a látómező jobb vizualizációját biztosítja.

Biztonság

1. Válasszon ki egy megfelelő szemlencsét, és rögzítse a készülék fejéhez. Rögzítse megfelelően a szemlencsét, különben sérülésveszély áll fenn használat közben.
2. Használat előtt tisztítsa meg a készülék testét 75%-os alkohollal. Fertőtlenítse a tartozékokat forró gőzzel 120°C-on 10 percig.
3. A készülék nem alkalmas mentális, fizikai vagy motoros fogyatékossággal élő felhasználók számára.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

4. Az endoszkóp a fülzsír eltávolítására és a dobhártya állapotának vizsgálatára szolgál. Ne használja a készüléket semmilyen más célra. A gyártó/eladó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy egészségkárosodásért.
5. A fülilleszték fülbe helyezésekor legyen óvatos (lassan és óvatosan helyezze be). Ellenkező esetben halláskárosodás veszélye áll fenn. Használat közben üljön mozdulatlanul. Ne mozgassa hirtelen a fejét. Ne helyezze be az endoszkópot túl mélyen a hallójáratba. A készülék nem helyettesíti a szakképzett orvos látogatását. Ha fülfájdalmat, hallásproblémákat vagy egyéb kellemetlenséget tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
6. Gyermekektől elzárva tartandó. A készülék nem játék.
7. Az endoszkópot csak olyan felnőttek használhatják, akik figyelmesen elolvasták a használati útmutatót. Használat közben kerülje a másokkal való érintkezést.
8. Az endoszkópot csak szobahőmérsékleten használja.
Ne tegye ki/ne használja a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, poros környezetnek és magas páratartalomnak. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.
9. Ha a készülék bármilyen rendellenességet/túlmelegedést mutat, azonnal hagyja abba a használatát. Ellenkező esetben sérülésveszély áll fenn. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal/kereskedővel.
10. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más maró folyadékba. Kizárólag száraz vagy nedves ruhával törölje át (szárazra törölje).
11. Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket. Ne dobja tűzbe. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának vagy tűzveszélynek a veszélye.

Specifikációk
Hálózat: IEEE 802.11 b/g/n
Antenna: IPEX beépített antenna
Működési frekvencia: 2,4 GHz
Adatsebesség: 802.11a/b/g/n akár 150 Mbps
Kamera átmérője: 3,9 mm
Látószög: 70°
Mélységélesség: 10 – 30 mm
Kamera fényforrása: 6 LED
Bemenet: 5V/1A
Akkumulátor típusa: 800mAh lítium akkumulátor
Akkumulátor üzemideje: 3 óra

Megjegyzés:
Ha használat közben lefagy a kép, indítsa újra az alkalmazást.
Ha a készülék nem kapcsolható be vagy ki, valószínűleg lemerült az akkumulátor; töltse fel a készüléket.
A képminőség és a készülék jó állapotának megőrzése érdekében kövesse az alábbi lépéseket: Minden használat után
tisztítsa meg a tartozékokat. Valamint minden használat előtt. Ez biztosítja, hogy a fülzsír ne halmozódjon fel a kamera lencséjén.
A jó minőségű kép érdekében tartsa a fókusztávolságot 2,5 cm-en.
Ha túl mélyre helyezi be az otoszkópot, fennáll a kép elmosódásának veszélye. A hallójárat nem egyenes, ezért a készüléket nagyon lassan és óvatosan helyezze be.

Tápegység
Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a feszültség.
Kizárólag a hálózati adaptert használja. A készüléket jól szellőző helyiségben töltse (asztalon, padlón).
Az adapter töltés közben melegedhet.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

www.sunnysoft.cz

ОТОСКОП ЗА ИНСПЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА УШИТЕ

TESLONG SMART OTOSCOPE

Wi-Fi

Модел: SA39W



Ръководство за потребителя

Обща информация

Моля, прочетете внимателно ръководството. Запазете ръководството за бъдещи справки. Нито производителят, нито доставчикът носят отговорност за щети, причинени от неспазване на ръководството.

Поддръжка

За почистване използвайте влажна или леко навлажнена кърпа с препарат. Ако няма да използвате устройството дълго време, моля, заредете го напълно.

Прехвърляне/Преместване

Ако устройството се нуждае от транспортиране/пренасяне, моля, съхранявайте го в подходяща кутия. В противен случай съществува риск от повреда на устройството.

Изхвърляне

Изхвърляйте електрическото оборудване в съответствие с приложимите стандарти.

Описание



© Sunnysoft sro, дистрибутор

www.sunnysoft.cz

1 Камера/LED: Светодиодът светва, когато устройството е включено.

Изтеглете приложението: https://gto.so/smart-endoscope когато LED индикаторът ще покаже най-ниската стойност.

3 Бутон за включване/изключване: Натиснете продължително бутона, за да включите/изключите устройство.

4 Micro USB порта за зареждане: порт за зареждане 5V/1A или 5V/2A.

Приложение

1. В онлайн магазина Google Play (Android) или в Apple Store (iOS) потърсете приложението Smart Endoscope и го инсталирайте. Връзка към

2. Изберете шпионка или слушалка и я поставете на устройството.




3. Натиснете продължително бутона за захранване, за да включите устройството.

ЛЕД

Индикаторът светва, когато устройството е включено.

4. Отворете настройките за Wi-Fi на мобилния си телефон. Свържете телефона с устройството „Smart Otoscope“.





Снимки – улавяне

Запис видеоклипове

Албум

Сравнение снимки

Завой

5. След това отворете приложението. Използвайте приложението, за да наблюдавате средата на вътрешното ухо в реално време.

Описание

Отоскопът е лесно преносимо, ръчно устройство, способно да заснема видео с кратък фокус. Съвместим е с iPhone, iPad и Android. Високата резолюция на камерата осигурява видео с много добро качество. 6 LED светлини спомагат за по-добро осветление и по-добра визуализация на зрителното поле.

Безопасност

1. Изберете подходящ окуляр и го прикрепете към главата на устройството. Прикрепете окуляра правилно, в противен случай съществува риск от нараняване по време на употреба.
2. Преди употреба почистете корпуса на устройството със 75% алкохол. Дезинфекцирайте приставките с гореща пара при 130°C за 10 минути.
3. Устройството не е предназначено за потребители с умствени, физически или двигателни увреждания.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

4. Ендоскопът се използва за отстраняване на ушна кал и изследване на състоянието на тъпанчето. Не използвайте устройството за никакви други цели. Производителят/продавачът не носи отговорност за каквито и да е щети или наранявания на здравето.
5. Когато поставяте слушалката в ухото, бъдете внимателни (поставяйте я бавно и внимателно). В противен случай съществува риск от увреждане на слуха. По време на употреба седнете неподвижно. Не движете рязко главата си. Не поставяйте ендоскопа твърде дълбоко в ушния канал. Устройството не е заместител на професионален лекар. Ако почувствате болка в ухото, проблеми със слуха или друг дискомфорт, незабавно потърсете медицинска помощ/лекар.
6. Пазете далеч от деца. Уредът не е играчка.
7. Ендоскопът трябва да се използва само от възрастни, които са прочели внимателно ръководството. Избягвайте контакт с други хора по време на употреба.
8. Използвайте ендоскопа само при стайна температура.
Не излагайте/използвайте устройството на екстремни температури, прашна среда и висока влажност. В противен случай съществува риск от повреда на устройството.
9. Ако устройството показва някаква аномалия/прегряване, незабавно спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от нараняване. Моля, свържете се със сервизен център/дилър.
10. Не потапяйте устройството във вода или други корозивни течности. Избърсвайте само със суха или влажна кърпа (избърсвайте на сухо).
11. Не разглобявайте и не променяйте устройството. Не хвърляйте устройството в огън. В противен случай съществува риск от повреда на устройството или риск от пожар.

Спецификации

Мрежа: IEEE 802.11 b/g/n
Антена: вградена IPEX антена
Работна честота: 2,4 GHz
Скорост на данни: 802.11a/b/g/n до 150 Mbps
Диаметър на камерата: 3,9 мм
Ъгъл на гледане: 70°
Дълбочина на рязкост: 10 – 30 мм
Източник на светлина за камерата: 6 светодиода
Вход: 5V/1A
Тип батерия: литиева батерия 800mAh
Живот на батерията: 3 часа

Забележка: Ако
изображението замръзне по време на употреба, рестартирайте приложението.
Ако устройството не може да се включи или изключи, вероятно батерията е изтощена; заредете устройството.
За да поддържате качеството на изображението и устройството в добро състояние, следвайте тези стъпки: Почиствайте
приставките след всяка употреба. Също така преди всяка употреба. Това ще гарантира, че ушна кал не се натрупва върху обектива на камерата.
Поддържайте фокусното разстояние на 1 инч, за да получите качествено изображение.
Ако поставите отоскопа твърде дълбоко, съществува риск от размазване на изображението. Ушният канал не е прав, поставете устройството много бавно и внимателно.

Захранване

Преди да включите устройството в контакта, уверете се, че имате подходящото напрежение.
Използвайте само AC адаптер. Зареждайте устройството в добре проветриво помещение (на маса, на пода).
Адаптерът може да е топъл по време на зареждане.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

OTOSCOP PENTRU INSPECȚIA ȘI CURĂȚAREA

URECHII

OTOSCOP INTELIGENT TESLONG WIFI

Model: SA39W



Manual de utilizare

Informații generale

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare. Nici producătorul, nici furnizorul nu sunt responsabili pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din manual.

Între inere

Pentru curățare, folosiți o lavetă umedă sau ușor umezită cu detergent. Dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl încărcați complet.

Transfer/Mutare

Dacă dispozitivul trebuie transportat/transportat, vă rugăm să îl depozitați într-o cutie adecvată. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului.

Eliminare

Eliminați echipamentele electrice în conformitate cu standardele aplicabile.

Descriere



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

1 Cameră/LED: LED-ul se aprinde când dispozitivul este pornit.

Descărcați aplicația: https://gto.so/smart-endoscope. LED va afișa cea mai mică valoare.

3 Buton Pornit/Oprit: Apăsați lung butonul pentru a porni/opri dispozitiv.

4 porturi de încărcare Micro USB: port de încărcare 5V/1A sau 5V/2A.

Aplicație

1. În magazinul online Google Play (Android) sau în Apple Store (iOS) căutați aplicația Smart Endoscope și instalați-o. Legătură către



2. Selectați un vizor sau o cască și instalați-o pe dispozitiv.

3. Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.

GHEA Ă

Indicatorul se aprinde când dispozitivul este pornit.

4. Deschideți setările Wi-Fi pe telefonul mobil. Conectați telefonul la dispozitivul „Otoscop inteligent”.





Fotografii – capta

Înregistrare videoclipuri

Album

Compara ie imagini

Întoarce

5. Apoi deschideți aplicația. Folosiți aplicația pentru a monitoriza mediul urechii interne în timp real.

Descriere

Otoscopul este un dispozitiv ușor de portat, capabil să înregistreze videoclipuri cu focalizare scurtă. Este compatibil cu iPhone, iPad și Android. Rezoluția înaltă a camerei oferă videoclipuri de foarte bună calitate. Cele 6 lumini LED ajută la o iluminare mai bună și la o vizualizare mai bună a câmpului vizual.

Siguran ă

1. Selectați un ocular potrivit și atașați-l la capul dispozitivului. Atașați ocularul corect, altfel există riscul de accidentare în timpul utilizării.
2. Înainte de utilizare, curățați corpul dispozitivului cu alcool 75%. Dezinfectați accesoriile cu abur fierbinte la 123°C timp de 10 minute.
3. Dispozitivul nu este destinat utilizatorilor cu dizabilități mintale, fizice sau motorii.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

4. Endoscopul este utilizat pentru a îndepărta cerumenul și a examina starea timpanului. Nu utilizați dispozitivul în niciun alt scop. Producătorul/vânzătorul nu este răspunzător pentru nicio daună sau vătămare a sănătății.
5. Când introduceți casca în ureche, fiți atenți (introduceți-o încet și cu grijă). În caz contrar, există riscul de afectare a auzului. În timpul utilizării, stați nemișcat. Nu mișcați capul brusc. Nu introduceți endoscopul prea adânc în canalul auditiv. Dispozitivul nu înlocuiește consultarea unui medic profesionist. Dacă aveți dureri de urechi, probleme de auz sau alte disconforturi, solicitați imediat asistență medicală/un medic.

6. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dispozitivul nu este o jucărie.
7. Endoscopul trebuie utilizat doar de adulți care au citit cu atenție manualul. Evitați contactul cu alte persoane în timpul utilizării.
8. Utilizați endoscopul numai la temperatura camerei.
Nu expuneți/utilizați dispozitivul la temperaturi extreme, medii cu praf și umiditate ridicată. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului.
9. Dacă dispozitivul prezintă orice anomalie/supraîncălzire, încetați imediat utilizarea dispozitivului. În caz contrar, există riscul de accidentare. Vă rugăm să contactați centrul de service/distribuitorul.
10. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide corozive. Ștergeți doar cu o lavetă uscată sau umedă (ștergeți până se usucă).
11. Nu dezasamblați și nu modificați dispozitivul. Nu aruncați dispozitivul în foc. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului sau de incendiu.

Specificații
Rețea: IEEE 802.11 b/g/n
Antenă: Antenă încorporată IPEX
Frecvență de funcționare: 2,4 GHz
Rată de date: 802.11a/b/g/n până la 150 Mbps
Diametrul camerei: 3,9 mm
Unghi de vizualizare: 70°
Adâncimea câmpului: 10 – 30 mm
Sursă de lumină a camerei: 6 LED-uri
Intrare: 5V/1A
Tip baterie: baterie litiu 800mAh
Durata de viață a bateriei: 3 ore

Notă: Dacă
imaginea se blochează în timpul utilizării, reporniți aplicația.
Dacă dispozitivul nu poate fi pornit sau oprit, probabil bateria este descărcată; încărcați dispozitivul.
Pentru a menține calitatea imaginii și a păstra dispozitivul în stare bună, urmați acești pași: Curățați accesoriile după fiecare utilizare.
De asemenea, înainte de fiecare utilizare. Acest lucru va asigura că cerumenul nu se acumulează pe lentila camerei.
Mențineți distanța focală la 1 inch pentru a obține o imagine de calitate.
Dacă introduceți otoscopul prea adânc, există riscul de neclaritate a imaginii. Canalul auditiv nu este drept, introduceți dispozitivul foarte încet și cu atenție.

Alimentare electrică
Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că aveți tensiunea corespunzătoare.
Folosiți doar adaptorul de curent alternativ. Încărcați dispozitivul într-o cameră bine ventilată (pe o masă, pe podea).
Adaptorul se poate încălzi în timpul încărcării.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

OTOSKOP DO BADANIA I CZYSZCZENIA USZU

TESLONG INTELIGENTNY OTOSKOP Wi-Fi

Model: SA39W



Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Producent ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji.

Konserwacja

Do czyszczenia należy używać wilgotnej lub lekko zwilżonej ściereczki z detergentem. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je całkowicie naładować.

Przeniesienie/Przeniesienie

Jeśli urządzenie wymaga transportu, należy je przechowywać w odpowiednim pudełku. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.

Sprzedaż

Sprzęt elektryczny należy utylizować zgodnie z obowiązującymi normami.

Opis



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

1 Kamera/Dioda LED: Dioda LED zapala się, gdy urządzenie jest włączone.

pobierz aplikację: https://gto.so/smart-endoscope się zaświeci pokaże najniższą wartość.

3. Przycisk włączania/wyłączania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

4. Port ładowania Micro USB: port ładowania 5V/1A lub 5V/2A.

Aplikacja

1. W sklepie internetowym Google Play (Android) lub w Apple Store (iOS) wyszukaj aplikację Smart Endoscope i zainstaluj ją. Link do



2. Wybierz wizjer lub słuchawkę i zamontuj ją na urządzeniu.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

LÓD Kontrolka zapala się po włączeniu urządzenia.

4. Otwórz ustawienia Wi-Fi w telefonie komórkowym. Połącz telefon z urządzeniem „Smart Otoscope”.



5. Następnie otwórz aplikację. Użyj jej, aby monitorować środowisko ucha wewnętrznego w czasie rzeczywistym.



Zdjęcia – schwytać

Nagranie filmy

Album

Porównanie kino

Zakręt

Opis

Otoskop to poręczne, przenośne urządzenie umożliwiające nagrywanie krótkich filmów. Jest kompatybilny z iPhone'em, iPadem i systemem Android. Wysoka rozdzielczość kamery zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu. 6 diod LED zapewnia lepsze oświetlenie i lepszą widoczność pola widzenia.

Bezpieczeństwo

1. Wybierz odpowiedni okular i zamocuj go na głowicy urządzenia. Zamocuj okular prawidłowo, w przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń podczas użytkowania.
2. Przed użyciem należy oczyścić korpus urządzenia 75% alkoholem. Zdezynfekować nasadki gorącą parą o temperaturze 135°C przez 10 minut.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone dla użytkowników z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub motoryczną.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

4. Endoskop służy do usuwania woskowiny usznej i badania stanu błony bębenkowej. Nie należy używać urządzenia do żadnych innych celów. Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszczerbek na zdrowiu.
5. Podczas wkładania wkładki do ucha należy zachować ostrożność (wkładać powoli i ostrożnie). W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu. Podczas użytkowania należy siedzieć nieruchomo. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów głową. Nie należy wprowadzać endoskopu zbyt głęboko do kanału słuchowego. Urządzenie nie zastępuje konsultacji z lekarzem. W przypadku bólu ucha, problemów ze słuchem lub innych dolegliwości należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
6. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Urządzenie nie jest zabawką.
7. Endoskop powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe, które uważnie przeczytały instrukcję obsługi. Unikać kontaktu z innymi osobami podczas użytkowania.
8. Używaj endoskopu tylko w temperaturze pokojowej.
Nie wystawiaj/nie używaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, zakurzonego środowiska i wysokiej wilgotności. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.
9. Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek nieprawidłowości lub przegrzanie, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń. Prosimy o kontakt z serwisem/sprzedawcą.
10. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach żrących. Przecieraj wyłącznie suchą lub wilgotną ściereczką (wycieraj do sucha).
11. Nie rozmontowuj ani nie manipuluj urządzeniem. Nie wrzucaj urządzenia do ognia. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub pożaru.

Specyfikacje
Sieć: IEEE 802.11 b/g/n
Antena: wbudowana antena IPEX
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz
Szybkość transmisji danych: 802.11a/b/g/n do 150 Mb/s
Średnica kamery: 3,9 mm
Kąt widzenia: 70°
Głębia ostrości: 10 – 30 mm
Źródło światła kamery: 6 diod LED
Wejście: 5V/1A
Typ baterii: bateria litowa 800 mAh
Czas pracy baterii: 3 godziny

Uwaga: Jeżeli
obraz zamrozi się w trakcie użytkowania, należy ponownie uruchomić aplikację.
Jeśli urządzenia nie można włączyć ani wyłączyć, bateria jest prawdopodobnie słaba. Naładuj urządzenie.
Aby zachować jakość obrazu i utrzymać urządzenie w dobrym stanie, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: Czyść nakładki
po każdym użyciu. Czyść je również przed każdym użyciem. Dzięki temu woskowina uszna nie będzie gromadzić się na obiektywie aparatu.
Aby uzyskać obraz dobrej jakości, ustaw ogniskową na 1 cal.
Jeśli włożysz otoskop zbyt głęboko, istnieje ryzyko rozmycia obrazu. Przewód słuchowy nie jest prosty, dlatego wkładaj urządzenie bardzo powoli i ostrożnie.

Zasilacz
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że napięcie jest odpowiednie.
Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego. Ładuj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (na stole, na podłodze).
Podczas ładowania adapter może się nagrzewać.

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

OTOSKOPI ZA PREGLED IN ČIŠČENJE UŠES

TESLONG PAMETNI OTOSKOPI

Brezžični internet

Model: SA39W



Uporabniški priročnik

Splošne informacije

Prosimo, da priročnik natančno preberete. Priročnik shranite za poznejšo uporabo. Niti proizvajalec niti dobavitelj ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi neupoštevanja priročnika.

Vzdrževanje

Za čiščenje uporabite vlažno ali rahlo navlaženo krpo z detergentom. Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo popolnoma napolnite.

Premestitev/Premik

Če je treba napravo prevažati/nositi, jo shranite v primerno škatlo. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave.

Odstranjevanje

Električno opremo zavrzite v skladu z veljavnimi standardi.

Opis



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

1 Kamera/LED: LED lučka zasveti, ko je naprava vklopljena.

Prenesite aplikacijo: https://gto.so/smart-endoscope.sveti bo prikazal najnižjo vrednost.

3 Gumb za vklop/izklop: Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop naprava.

4 vrata za polnjenje Micro USB: vrata za polnjenje 5V/1A ali 5V/2A.

Uporaba

1. V spletni trgovini Google Play (Android) ali v trgovini Apple Store (iOS) poiščite aplikacijo Smart Endoscope in jo namestite. Povezava do

2. Izberite kukalo ali slušalko in jo namestite na napravo.



3. Za vklop naprave dolgo pritisnite gumb za vklop.

LED Indikator zasveti, ko je naprava vklopljena.

4. Odprite nastavitve omrežja Wi-Fi na svojem mobilnem telefonu. Povežite telefon z napravo »Smart Otoscope«.



5. Nato odprite aplikacijo. Z aplikacijo lahko v realnem času spremljate okolje notranjega ušesa.



Fotografije – zajemanje

Snemanje videoposnetki

Album

Primerjava slike

Obrnite

Opis

Otoskop je enostavno prenosljiva, ročna naprava, ki lahko snema videoposnetke s kratkim fokusom. Združljiv je z iPhoneom, iPadom in Androidom. Visoka ločljivost kamere zagotavlja zelo dobro kakovost videoposnetkov. 6 LED lučk pomaga zagotoviti boljšo osvetlitev in boljšo vizualizacijo vidnega polja.

Varnost

1. Izberite primeren okular in ga pritrdite na glavo naprave. Okular pritrdite pravilno, sicer obstaja nevarnost poškodb med uporabo.
2. Pred uporabo očistite ohišje naprave s 75 % alkoholom. Nastavke razkužite z vročo paro pri temperaturi 130 °C 10 minut.
3. Naprava ni namenjena uporabnikom z duševnimi, telesnimi ali motoričnimi motnjami.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

4. Endoskop se uporablja za odstranjevanje ušesnega masla in pregled stanja bobniča. Naprave ne uporabljajte za noben drug namen. Proizvajalec/prodajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo ali poškodbe zdravja.
5. Pri vstavljanju slušalke v uho bodite previdni (vstavljajte jo počasi in previdno). V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe sluha. Med uporabo sedite pri miru. Ne premikajte glave sunkovito. Endoskopa ne vstavljajte pregloboko v sluhovod. Naprava ni nadomestilo za zdravniško pomoč. Če občutite bolečine v ušesu, težave s sluhom ali drugo nelagodje, takoj poiščite zdravniško pomoč/zdravnika.

6. Hraniti izven dosega otrok. Naprava ni igrača.
7. Endoskop naj uporabljajo le odrasli, ki so natančno prebrali navodila. Med uporabo se izogibajte stiku z drugimi ljudmi.
8. Endoskop uporabljajte samo pri sobni temperaturi. Naprave ne izpostavljajte/ne uporabljajte ekstremnim temperaturam, prašnemu okolju in visoki vlažnosti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave.
9. Če naprava kaže kakršne koli nepravilnosti/pregrevanje, jo takoj prenehajte uporabljati. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb. Obrnite se na servisni center/ prodajalca.
10. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge korozivne tekočine. Obrišite jo samo s suho ali vlažno krpo (obrišite do suhega).
11. Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte. Naprave ne mečite v ogenj. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave ali nevarnost požara.

Specifikacije
Omrežje: IEEE 802.11 b/g/n
Antena: Vgrajena antena IPEX
Delovna frekvenca: 2,4 GHz
Hitrost prenosa podatkov: 802.11a/b/g/n do 150 Mbps
Premer kamere: 3,9 mm
Kot gledanja: 70°
Globinska ostrina: 10–30 mm
Vir svetlobe kamere: 6 LED diod
Vhod: 5V/1A
Vrsta baterije: litijeva baterija 800 mAh
Življenjska doba baterije: 3 ure

Opomba: Če se slika med uporabo zamrzne, znova zaženite aplikacijo.
Če naprave ni mogoče vklopiti ali izklopiti, je baterija verjetno skoraj prazna; napolnite jo.

Za ohranjanje kakovosti slike in ohranjanje naprave v dobrem stanju sledite tem korakom: Nastavke očistite po vsaki uporabi.
Prav tako pred vsako uporabo. S tem boste zagotovili, da se ušesno maslo ne bo nabiralo na objektivu kamere.
Za kakovostno sliko naj bo goriščna razdalja 1 palec (2,5 cm).
Če otoskop vstavite predaleč, obstaja nevarnost zamegljenosti slike. Ušesni kanal ni raven, zato napravo vstavite zelo počasi in previdno.

Napajalnik
Preden napravo priključite v vtičnico, se prepričajte, da imate ustrezno napetost.
Uporabljajte samo napajalnik. Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru (na mizi, na tleh).
Adapter se lahko med polnjenjem segreje.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

OTOSCOPE FOR EAR INSPECTION AND CLEANING

TESLONG SMART OTOSCOPE WIFI

Model: SA39W



User manual

General information

Please read the manual carefully. Keep the manual for future reference. Neither the manufacturer nor the supplier is responsible for any damage caused by failure to follow the manual.

Maintenance

To clean, use a damp or slightly dampened cloth with detergent. If you will not be using the device for a long time, please fully charge it.

Transfer/Move

If the device needs to be transported/carried, please store it in a suitable box. Otherwise, there is a risk of damage to the device.

Disposal

Dispose of electrical equipment in accordance with applicable standards.

Description



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

1 Camera/LED: The LED lights up when the device is turned on.

2 Battery status indicator: Charge the device when the LED indicator will show the lowest value.

3 On/Off button: Long press the button to turn on/off device.

4 Micro USB charging port: 5V/1A or 5V/2A charging port.

Application

1. In the Google Play online store (Android) or in the Apple Store (iOS) search for the Smart Endoscope app and install it. Link to

2. Select a peephole or earpiece and install it on the device.



3. Long press the power button to turn on the device.

ICE

The indicator lights up when the device is turned on.

4. Open the wifi settings on your mobile phone. Connect the phone to the “Smart Otoscope” device.



5. Then open the app. Use the app to monitor the inner ear environment in real time.



Photos – capture

Recording videos

Album

Comparison pictures

Turn

Description

The otoscope is an easily portable, handheld device capable of capturing short-focus video. It is compatible with iPhone, iPad and Android. The high resolution of the camera provides very good quality video. 6 LED lights help to provide better illumination and better visualization of the field of view.

Safety

1. Select a suitable eyepiece and attach it to the head of the device. Attach the eyepiece correctly, otherwise there is a risk of injury during use.
2. Before use, clean the body of the device with 75% alcohol. Disinfect the attachments with hot steam at 273 F for 10 minutes.
3. The device is not intended for users with mental, physical or motor disabilities.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

4. The endoscope is used to remove earwax and examine the condition of the eardrum. Do not use the device for any other purpose. The manufacturer/seller is not liable/responsible for any damage or injury to health.
5. When inserting the earpiece into the ear, be careful (insert slowly and carefully). Otherwise, there is a risk of hearing damage. During use, sit still. Do not move your head abruptly. Do not insert the endoscope too far into the ear canal. The device is not a substitute for a professional doctor. If you experience ear pain, hearing problems or other discomfort, seek medical attention/a doctor immediately.

6. Keep out of reach of children. The device is not a toy.
7. The endoscope should only be used by adults who have read the manual carefully. Avoid contact with other people during use.
8. Use the endoscope only at room temperature.
Do not expose/use the device to extreme temperatures, dusty environments, and high humidity. Otherwise, there is a risk of damage to the device.
9. If the device shows any abnormality/overheating, stop using the device immediately. Otherwise, there is a risk of injury. Please contact the service center/dealer.

10. Do not immerse the device in water or other corrosive liquids. Wipe only with a dry or damp cloth (wipe dry).
11. Do not disassemble or tamper with the device. Do not throw the device into a fire. Otherwise, there is a risk of damage to the device or a risk of fire.

Specifications

Network: IEEE 802.11 b/g/n
Antenna: IPEX built-in antenna
Operating frequency: 2.4 GHz
Data rate: 802.11a/b/g/n up to 150 Mbps
Camera diameter: 3.9 mm
Viewing angle: 70°
Depth of field: 10 – 30 mm
Camera light source: 6 LEDs
Input: 5V/1A
Battery type: 800mAh lithium battery
Battery life: 3 hours

Note: If the
image freezes during use, restart the application.
If the device cannot be turned on or off, the battery is probably low; charge the device.

To maintain image quality and keep the device in good condition, follow these steps: Clean the attachments after each
use. Also before each use. This will ensure that earwax does not build up on the camera lens.
Keep the focal length at 1 inch to get a quality image.
If you insert the otoscope too far, there is a risk of blurring the image. The ear canal is not straight, insert the device very slowly and carefully.

Power supply

Before plugging the device into the outlet, make sure you have the appropriate voltage. Use only the AC adapter. Charge the device in a well-ventilated room (on a table, on the floor).
The adapter may be warm during charging.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

www.sunnysoft.cz

OTOSKOPI ZA PREGLED I ČIŠĆENJE UHA

TESLONG PAMETNI OTOSKOPI

Wi-Fi

Model: SA39W



Korisnički priručnik

Opće informacije

Molimo pažljivo pročitajte priručnik. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu. Ni proizvođač ni dobavljač nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu nepridržavanjem priručnika.

Održavanje

Za čišćenje koristite vlažnu ili blago navlaženu krpu s deterdžentom. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, molimo vas da ga potpuno napunite.

Prijenos/Premještanje

Ako je potrebno transportirati/nositi uređaj, pohranite ga u prikladnu kutiju. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja.

Odlaganje

Zbrinite električnu opremu u skladu s važećim standardima.

Opis



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

1 Kamera/LED: LED svijetli kada je uređaj uključen.

Preuzmite aplikaciju: https://gto.so/smart-endoscope.

prikazat će najnižu vrijednost.

3 Gumb za uključivanje/isključivanje: Dugo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje uređaj.

4 Micro USB priključak za punjenje: priključak za punjenje 5V/1A ili 5V/2A.

Primjena

1. U internetskoj trgovini Google Play (Android) ili u Apple Storeu (iOS) potražite aplikaciju Smart Endoscope i instalirajte je. Veza do



2. Odaberite špijunku ili slušalicu i postavite je na uređaj.

3. Dugo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj.

LED Indikator svijetli kada je uređaj uključen.

4. Otvorite postavke Wi-Fi mreže na svom mobilnom telefonu. Spojite telefon s uređajem „Smart Otoscope“.



5. Zatim otvorite aplikaciju. Pomoću aplikacije pratite stanje unutarnjeg uha u stvarnom vremenu.



Fotografije – hvatanje

Snimanje videozapisi

Album

Usporedba slike

Okreni

Opis

Otoskop je lako prenosiv, ručni uređaj sposoban za snimanje videa s kratkim fokusom. Kompatibilan je s iPhoneom, iPadom i Androidom. Visoka rezolucija kamere pruža video vrlo dobre kvalitete. 6 LED svjetala pomaže u boljem osvjetljenju i boljoj vizualizaciji vidnog polja.

Sigurnost

1. Odaberite odgovarajući okular i pričvrstite ga na glavu uređaja. Ispravno pričvrstite okular, inače postoji opasnost od ozljede tijekom upotrebe.
2. Prije upotrebe očistite tijelo uređaja 75%-tnim alkoholom. Dezinficirajte nastavke vrućom parom na temperaturi od 133 °C tijekom 10 minuta.
3. Uređaj nije namijenjen korisnicima s mentalnim, fizičkim ili motoričkim invaliditetom.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Machine Translated by Google

4. Endoskop se koristi za uklanjanje ušnog voska i pregled stanja bubnjića. Ne koristite uređaj u druge svrhe. Proizvođač/prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili ozljedu zdravlja.
5. Prilikom umetanja slušalice u uho budite oprezni (umetnite je polako i pažljivo). U suprotnom postoji rizik od oštećenja sluha. Tijekom upotrebe sjedite mirno. Nemojte naglo pomicati glavu. Nemojte umetati endoskop previše duboko u ušni kanal. Uređaj nije zamjena za profesionalnog liječnika. Ako osjetite bol u uhu, probleme sa sluhom ili drugu nelagodu, odmah potražite liječničku pomoć/liječnika.

6. Čuvati izvan dohvata djece. Uređaj nije igračka.
7. Endoskop smiju koristiti samo odrasle osobe koje su pažljivo pročitale upute. Izbjegavajte kontakt s drugim ljudima tijekom upotrebe.
8. Endoskop koristite samo na sobnoj temperaturi.
Ne izlažite/ne koristite uređaj ekstremnim temperaturama, prašnjavim okruženjima i visokoj vlažnosti. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja.
9. Ako uređaj pokazuje bilo kakvu abnormalnost/pregrijavanje, odmah prestanite koristiti uređaj. U suprotnom postoji opasnost od ozljede. Obratite se servisnom centru/prodavaču.
10. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge korozivne tekućine. Brišite samo suhom ili vlažnom krpom (obrišite do suha).
11. Ne rastavljajte niti ne dirajte uređaj. Ne bacajte uređaj u vatru. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja ili požara.

Tehnički podaci

Mreža: IEEE 802.11 b/g/n
Antena: Ugrađena IPEX antena
Radna frekvencija: 2,4 GHz
Brzina prijenosa podataka: 802.11a/b/g/n do 150 Mbps
Promjer kamere: 3,9 mm
Kut gledanja: 70°
Dubinska oštrina: 10 – 30 mm
Izvor svjetla kamere: 6 LED dioda
Ulaz: 5V/1A
Vrsta baterije: litijeva baterija od 800 mAh
Trajanje baterije: 3 sata

Napomena:
Ako se slika zamrzne tijekom korištenja, ponovno pokrenite aplikaciju.
Ako se uređaj ne može uključiti ili isključiti, baterija je vjerojatno slaba; napunite uređaj.

Za održavanje kvalitete slike i održavanje uređaja u dobrom stanju, slijedite ove korake: Očistite nastavke nakon svake
upotrebe. Također prije svake upotrebe. To će osigurati da se ušni vosak ne nakuplja na leći kamere.
Za kvalitetnu sliku, žarišnu duljinu držite na 1 inču.
Ako otoskop umetnete previše duboko, postoji rizik od zamućenja slike. Ušni kanal nije ravan, umetnite uređaj vrlo polako i pažljivo.

Napajanje
Prije nego što uređaj uključite u utičnicu, provjerite imate li odgovarajući napon.
Koristite samo AC adapter. Uređaj punite u dobro prozračenoj prostoriji (na stolu, na podu).
Adapter se može zagrijati tijekom punjenja.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer